



Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

C.N.P.J. : 46.439.683/0001-89 - INSC. EST. : ISENTA

OFÍCIO ESPECIAL
PROCESSO N.º 040/2022
EDITAL N.º 021/2022
PREGÃO ELETRONICO N.º 016/2022

Assunto: Esclarecimentos ao Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2022, que tem como objeto: Registro de preços visando à Contratação de empresa especializada visando a locação de equipamentos médico-hospitalares (concentradores de oxigênio, CPAP, BIPAP e aspiradores de secreção), pelo período de 12 (doze) meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Quanto ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa **LUMIAR HEALTHCARE**, o Pregoeiro apresenta as respostas ao mesmo, conforme segue:

QUESTIONAMENTO:

Aduz o questionante que:

Vimos por meio deste, com fulcro no ITEM 22.1 do edital de **PE 016/2022** solicitar esclarecimento acerca de algumas considerações referente a disputa em comento que conforme se depreende, carecem de um melhor entendimento. Assim vejamos.

O referido processo tem por objeto o "Registro de preços visando à Contratação de empresa especializada visando a locação de equipamentos médico hospitalares (concentradores de oxigênio, CPAP, BIPAP e aspiradores de secreção (...))" e no que tange os Concentradores de Oxigênio, foram requeridas algumas exigências que se não impedem, podem prejudicar efetivamente a ampla participação no processo.

No primeiro ponto, foi exigido para o Concentrador 5 lpm - ITEM 01 o **fluxo de 0,5 a 5 lpm** - Ocorre que, a grande maioria de equipamentos desta natureza atualmente comercializados iniciam o fluxo a partir de 0, ou seja, embora detenham característica de natureza superior não poderão ser apresentados por mero detalhe disposto no edital, o que pode ocasionar em certo risco de restrição da disputa.

Noutro ponto, sobre o peso deste equipamento vimos que ficou determinado que este possua "**aproximadamente 23 kg**". Fato é que para uma melhor compreensão o termo mais correto para este tópico seria o peso de "até 23 kg", isto porque além de múltiplos equipamentos serem consideravelmente mais leves, no mercado o único equipamento que possui este peso aproximado é o Millenium da marca philips, o que denota certo direcionamento.

Sendo pertinente destacar que tanto o fluxo a partir de 0, como a apresentação de equipamentos mais leves ao do exigido no edital, em nada prejudicarão a terapia do paciente! Pelo contrário, trarão até melhor desempenho no que tange a prestação de serviços de fato.

Veja que todos os apontamentos supra procuram somente ampliar o leque competitivo da disputa, principalmente porque nenhuma das sugestões suscitadas acarretam em qualquer prejuízo para o pleno andamento da licitação e sendo assim, questionamos perante essa Nobre Comissão:

- 1- Poderão ser apresentados Concentradores que iniciam o fluxo a partir de 0?;

Resposta: Sim. Desde que os mesmo possuam regulagem para obter **fluxo de 0,5 a 5 lpm** exigidos.



Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

C.N.P.J. : 46.439.683/0001-89 - INSC. EST. : ISENTA

- 2- Sobre o peso do equipamento Concentrador, podemos considerar o limite de "até 23 kg" ?
Resposta: Sim. O edital cita aproximadamente justamente devido a variação de peso de cada marca. Desde que possua as exigências mínimas relevantes, a variação próxima de 23 kg serão aceitas.

Águas de Lindóia, 28 de março de 2022.

WELLINGTON BRAZ DALONSO

Pregoeiro



Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

C.N.P.J. : 46.439.683/0001-89 - INSC. EST. : ISENTA

COMUNICADO

REFERENTE: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
OFÍCIO ESPECIAL
OFÍCIO ESPECIAL
PROCESSO N.º 040/2022
EDITAL N.º 021/2022
PREGÃO ELETRONICO N.º 016/2022

Assunto: Esclarecimentos ao Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2022, que tem como objeto: *Registro de preços visando à Contratação de empresa especializada visando a locação de equipamentos médico-hospitalares (concentradores de oxigênio, CPAP, BIPAP e aspiradores de secreção), pelo período de 12 (doze) meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde.*

Assunto: Pedido de Esclarecimento ao Edital.

A Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, através do Setor de Compras e Licitações, vem por meio deste, **COMUNICAR** a V. Sa. que com referência ao processo em epígrafe, que encontra-se a disposição dos interessados, no site www.aguasdellindóia.sp.gov.br, o pedido de esclarecimento, realizado por **LUMIAR HEALTHCARE**, bem como as respostas na íntegra.

Solicitamos a V. Sa. à gentileza de devolver este protocolo assinado, datado e carimbado. **FAVOR ENCAMINHÁ-LO, PARA O E-MAIL editais.aguas@hotmail.com, ou VIA FAX, PELO FONE (19) 3924-9340, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES.**

Águas de Lindóia, 28 de março de 2022.

Atenciosamente,

WELLINGTON BRAZ DALONSO

Pregoeiro

Data: ____/____/____ _____

Assinatura do Responsável e carimbo da empresa.